Dale® ACE* Connector® mit Legacy-Anschlüssen

REF 475

(*Access Controller for Enteral)

Funktioniert mit offenen und geschlossenen Sondensystemen

Der ***ACE Connector*** ist zur Flüssigkeitskontrolle in und aus medizinischen Schlauchleitungen und zur Verabreichung von enteralen Formulierungen, die Spritzenirrigation und Verabreichung von Medikamenten in flüssiger Form bis zu 30 Tage lang ohne Störung der Flüssigkeitsleitungen indiziert. Dieses geschlossene System schützt das medizinische Fachpersonal vor versehentlichem Kontakt mit den Magenflüssigkeiten des Patienten.


Gebrauchsanweisung

1 ***Künstliche Ernährung***

Der *ACE Connector* ersetzt g-PEG-Adapter für die enterale Ernährung.

a. Katheterende am Sondenschlauch anschließen.
b. Sondensatz oder Bolusspritze in den weißen flexiblen Adapter einführen.
c. Griff in die EIN-Position drehen, um die Sondenkost zuzuführen.
d. System zum Schluss durch Zurückdrehen des Griffs in die AUS-Position schließen und Sondensatz vom weißen flexiblen Adapter abziehen.


Bei der nasogastrischen Ernährung mit dem ***ACE Connector*** wird das Katheterende direkt am nasogastrischen Sondenschlauch angeschlossen. Oben genannte Anweisungen b-d befolgen.



2 ***50-60ml Katheterspitzen-Spülspritze/Lavage und Verabreichung von flüssigen Medikamenten***

Zur Sicherheit kann der *ACE Connector* nur an speziell für Katheterspitzen konzipierte Irrigationsspritzen angeschlossen werden. Es können keine Verabreichungsinstrumente oder Spritzen mit Luer-Anschluss verwendet werden.


a. System durch Drehen des Griffs in die AUS-Position schließen.
b. Halten Sie den ***Ace Connector*** und ***drücken und drehen*** Sie die 50-60 ml Katheterspitzenspritze fest in den automatisch abdichtenden Spritzenanschluss bis sie fest sitzt.
c. Flüssigkeit oder Medikament in den ***ACE Connector*** übertragen.
d. Spritze entfernen. Der automatisch abdichtende Spritzenanschluss schließt sich automatisch.
e. Automatisch abdichtenden Spritzenanschluss mit warmem Wasser spülen.



3 ***Drainage und Absaugen***

Der *ACE Connector* ersetzt die Universalanschlüsse, die mit Salem-, Levin- und Magensonden verwendet werden.

a. Vorhandenen Universalanschluss vom Patientenschlauch entfernen.
b. Katheter am Patientenschlauch anschließen.
c. Weißen flexiblen Adapter abziehen und Absaugschlauch direkt an den ***ACE Connector*** anschließen.
d. Griff in die EIN-Position drehen, um die Absaugung oder Drainage zu beginnen.
e. System durch Zurückdrehen des Griffs in die AUS-Position schließen und Absaugschlauchleitung bei Bedarf abziehen.



Für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten / Kühl und trocken lagern

Nach US-amerikanischem Recht darf dieses Produkt nur von einem Arzt oder auf dessen Anordnung verkauft werden.

- Bei mobilen Patienten wird das System durch Drehen des Griffs geschlossen und der Sondensatz bzw. die Absaugleitung entfernt. Der Patient kann sich dann nach Bedarf frei bewegen. Die Ernährung und Drainage kann dann ggf. durch Wiederholen der o. a. Schritte wieder aufgenommen werden.
- Eine Anpassung kann nach Bedarf erfolgen. Nicht länger als 30 Tage verwenden.
- Wenn die Vorrichtung nicht gemäß den Anweisungen oder Erwartungen funktioniert, wird der ***ACE Connector*** gründlich laut den Anweisungen gespült und das enterale Verabreichungssystem geprüft. Lässt sich das Problem nicht beheben, werden der ***ACE Connector*** und das enterale Verabreichungssystem ggf. gemäß Krankenhausprotokoll durch neue Instrumente ersetzt.
- Der ***ACE Connector*** sorgt im Wesentlichen für eine Methode zur Verabreichung von enteraler Ernährung. Bei der Gabe von Medikamenten ist das Managementprotokoll des Krankenhauses bzw. der Einrichtung bzgl. der Sondenernährung zu beachten.

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.
Patent www.dalemed.com/patents

Bestellinformationen

475 Dale ACE Connector
Einzeln verpackt.
Fünfzigerpackung.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-2328, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt

Hergestellt in China

Dale und ACE Connector sind eingetragene Marken von Dale Medical Products, Inc. in den USA, der EU und Großbritannien.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products