Dale® ACE* Connector® met ISO 80369-3-compatibel ENFit®-verbindingssysteem

REF 485

(*'Access Controller for Enteral' – hulpmiddel voor enterale toegang)

Werkt met open of gesloten enterale systemen die voldoen aan de ISO 80369-3-norm


Gebruiksaanwijzing

1 ***De voedingsprocedure kan worden gebruikt met voedingssondes van klein kaliber van het ENFit-type, waaronder Dobbhoff-, PEG- en PEJ-sondes, BRT-gastrostomiesondes, gastrojejunale sondes, voedingstoedieningssets en speciale Salem Sump™-sondes uitgerust met ENFit -connectoren.***

Bij gebruik van de ***ACE Connector*** voor enterale voeding sluit u de vrouwelijke ENFit-poort (distale zijde) van de ACE aan op de mannelijke ENFit-connector van een enterale sonde. Volg onderstaande instructies a-d.

a. Bevestig de vrouwelijke ENFit-poort (distale zijde) van de ACE aan de mannelijke ENFit-connector van de voedingssonde van de patiënt.
b. Richt de enterale voedingsset met de vrouwelijke ENFit-connector uit op de mannelijke ENFit-poort (proximale zijde) van de ***ACE Connector*** en draai de voedingsset op de poort.
c. Draai de hendel naar de AAN-stand om de sondevoeding toe te dienen.
d. Draai de hendel na het toedienen van de voeding naar de UIT-stand en draai de voedingsset van de ***ACE Connector*** los om hem te verwijderen.

*Voor gebruik met PEG-sondes zonder ballon is er een witte 80369-3-ENFit-verloopconnector of een universele adapter nodig die niet met de ***ACE Connector*** wordt meegeleverd.




2 ***60mL ENFit-irrigatiespuit met tip voor het toedienen van vloeistoffen en vloeibare medicatie. ENFit-poorten zijn geschikt voor spuiten met ENFit-middeltip en volledige schroefdraad.***

Als veiligheidsmaatregel accepteert de nieuwe ***ACE Connector*** uitsluitend enterale irrigatiespuiten met een ENFit-tip en geen spuiten met een katheter-of luertip, geen toedieningssets met een luertip en geen injectienaalden.

a. Draai de hendel naar de UIT-stand.
b. Terwijl u de ***ACE Connector*** stevig vasthoudt, duwt en draait u de spuit met de vrouwelijke ENFit-tip stevig in de zelfafdichtende spuitpoort totdat de spuit stopt. – **NIET TE STRAK AANDRAAIEN!** Doorspoelen vóór en na gebruik is sterk aanbevolen.
c. Dien de vloeistof of medicatie toe via de zelfafdichtende spuitpoort van de ***ACE Connector*** of verwijder maagresten, indien gewenst.
d. Verwijder de spuit. De zelfafdichtende spuitpoort met mannelijke ENFit-connector sluit automatisch.
e. Spoel water door de zelfafdichtende spuitpoort totdat het water vrij is van medisch residu.
f. Draai de hendel naar de AAN-stand.

Dit product is compatibel met ENFit getrapte verloopconnectoren en ENFit trechterconnectoren.



3 ***Drainage- en Afzuigprocedure***

De ACE 485 enterale connector kan worden gebruikt voor afzuiging en drainage met speciaal uitgeruste ENFit Salem Sump-sondes en zuigsondes met een speciale ENFit-adapter.

4 ***MR Conditional (MR-veilig onder voorwaarden) Niet-klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR MR Conditional is. Een patiënt met dit hulpmiddel kan onmiddellijk na plaatsing ervan onder de volgende voorwaarden veilig een MR-scan ondergaan:***

- Statisch magnetisch veld van uitsluitend 1,5 tesla en 3 tesla.
- Magnetisch veld met een maximale ruimtelijke gradiënt van 3000 gauss/cm of minder.

Voor gebruik bij één patiënt / Koel en droog bewaren.

Krachtens de federale wetgeving (van de VS) mag dit product uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

- Om de patiënt te laten rondwandelen, draait u het handvat naar de stand OFF (uit) en koppelt u de voedingsset los. De patiënt kan dan naar wens rondwandelen. De voeding kan zo nodig worden hervat door de bovenvermelde procedures te herhalen. De ***ACE Connector*** blijft onderdeel van de katheter conform algemeen aanvaarde medische normen.
- Vervang het hulpmiddel zo nodig overeenkomstig het ziekenhuisprotocol. Niet aanbevolen voor gebruik van meer dan 30 dagen.
- Als het hulpmiddel niet werkt volgens de aanwijzingen of zoals verwacht, spoel de ***ACE Connector*** dan grondig door conform de aanwijzingen en controleer de opstelling van de enterale voedingsset. Als het probleem aanhoudt, vervangt u de ***ACE Connector*** en de enterale voedingsset zoals vereist, conform het ziekenhuisprotocol met betrekking tot enteraal voedingsmanagement.
- De ***ACE Connector*** verschaft vooral een methode voor de toediening van enterale voeding aan de patiënt. Volg bij het toedienen van medicijnen het protocol van het ziekenhuis of de instelling met betrekking tot enteraal voedingsmanagement.

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische producten.

Octrooi www.dalemed.com/patents

Bestelinformatie

485 Dale ACE Connector
Afzonderlijk verpakt.
Verkocht in dozen van 50.

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Niet vervaardigd met natuurlijk rubberlatex

Vervaardigd in China

Dale en ACE Connector zijn geregistreerde handelsmerken van Dale Medical Products, Inc. in de VS, EU en VK.
ENFit is een gedeponeerd handelsmerk van GEDSA dat met hun toestemming wordt gebruikt.
Salem Sump is een handelsmerk van Cardinal Health, Inc.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products