Le Dale® ACE* Connector® avec système de raccordement ENFit® compatible avec la norme ISO 80369-3 **REF 485**

(*Access Controller for Enteral)

Works with open or closed enteral systems that are ISO 80369-3 compliant


Mode d'Emploi

1 ***La procédure d'alimentation peut être utilisée avec les tubes d'alimentation à petit alésage ENFit, y compris les tubes Dobbhoff, PEG, PEJ, BRT Gastrostomie, G/J, les dispositifs d'administration des aliments et les tubes spéciaux de Salem Sump™ équipés de connecteurs ENFit.***

Lorsque le ***ACE Connector*** est utilisé pour l'alimentation entérale, attachez le port distal femelle ENFit du ACE au connecteur mâle ENFit d'un tube entéral. Suivez les étapes a. à d. ci-dessous.

a. Attachez le port femelle ENFit (côté distal) du ACE au connecteur mâle ENFit du tube d'alimentation du patient.
b. Alignez et vissez le dispositif d'alimentation entérale sur le connecteur femelle ENFit dans le port mâle ENFit (côté proximal) du ***ACE Connector***.
c. Tournez la poignée en position MARCHE pour administrer la formule d'alimentation.
d. Tournez la poignée en position ARRÊT lorsque l'alimentation est complète, et retirez le dispositif d'alimentation du ***ACE Connector*** en le dévissant.

*Les tubes PEG sans ballonnet peuvent nécessiter l'utilisation d'un connecteur de transition ENFit 80369-3 blanc ou d'un adaptateur universel, non fourni avec le ***ACE Connector***.




2 ***Seringue d'irrigation à embout ENFit de 60 mL/procédure d'administration de laves et de médicaments liquides. Les ports ENFit peuvent accueillir des seringues à embout central ENFit de toutes tailles avec un filetage complet.***

Par mesure de sécurité, le nouveau ***ACE Connector*** n'autorise que les seringues d'irrigation d'extrémité entérale ENFit et n'accepte pas les seringues d'extrémité de cathéter, les seringues d'extrémité Luer, le dispositif d'administration d'extrémité Luer ou les aiguilles hypodermiques.

a. Tournez la poignée en position ARRÊT.
b. Tout en maintenant fermement le ***ACE Connector***, alignez, poussez et vissez la seringue d'extrémité femelle ENFit dans le port seringue hermétique à médication jusqu'à l'arrêt. – **NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT !** Il est vivement recommandé de rincer avant et après utilisation.
c. Introduisez le fluide ou la médication dans le port seringue hermétique à médication du ***ACE Connector*** ou retirez les résidus gastriques si vous préférez.
d. Retirez la seringue. Le port seringue hermétique à médication avec l'interface de connecteur mâle ENFit se fermera hermétiquement de façon automatique.
e. Rincez à l'eau à travers le port seringue hermétique à médication jusqu'à ce qu'il n'y reste plus de résidus de médication.
f. Tournez la poignée en position MARCHE.

Ce produit est compatible avec le connecteur à transition progressive ENFit et les connecteurs à entonnoir ENFit.



3 ***Procédure de drainage et d'aspiration***

Le ACE 485 Enteral Connector peut être utilisé pour le drainage et l'aspiration avec des tubes de Salem Sump spécialement équipés de connecteurs ENFit et avec des tubes d'aspiration équipés d'un adaptateur spécial ENFit.

4 ***Norme MR Conditional*** MR ***Des tests non cliniques ont permis d'établir que le Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR est compatible avec la norme MR Conditional. Un scanner peut être effectué sans danger dans un MR system sur un patient avec un tel appareil immédiatement après son placement dans les conditions suivantes:***

- Champ magnétique statique de 1,5-Tesla et 3-Tesla, exclusivement.
- Champ magnétique à gradient spatial maximum de 3 000 Gauss/cm ou moins.

Pour un usage sur patient unique / Rangez dans un endroit frais et sec

Les lois fédérales des États-Unis limitent cet appareil à la vente par ou sur ordre d'un médecin.

- Pour déplacer le patient, tournez la poignée en position ARRÊT et déconnectez le dispositif d'alimentation. Le patient peut alors se déplacer à sa guise. L'alimentation peut se poursuivre si nécessaire en répétant les procédures ci-dessus. Le ***ACE Connector*** reste une partie du cathéter conformément aux normes médicales acceptées.
- Changez si nécessaire conformément au protocole hospitalier. Non recommandé pour un usage prolongé à plus de 30 jours.
- Si l'appareil ne fonctionne pas conformément aux instructions ou comme prévu, rincez soigneusement le ***ACE Connector*** suivant les instructions et vérifiez l'installation de distribution entérale. Si le problème persiste, remplacez-le par un nouveau ***ACE Connector*** et un nouveau dispositif de distribution entérale si nécessaire, selon le protocole de « gestion de l'alimentation entérale » de l'hôpital.
- Le ***ACE Connector*** propose essentiellement une méthode de distribution pour l'alimentation entérale du patient. Pour l'administration de médicaments, veuillez respecter le protocole de « gestion de l'alimentation entérale » de l'hôpital ou de l'établissement.

Les produits médicaux Dale sont disponibles dans votre hôpital ou chez votre revendeur de fournitures médicales.

Brevet www.dalemed.com/patents

Informations de Commande

485 Dale ACE Connector
Emballage individuel.
Vendu par boîtes de 50

Fabriqué en Chine

Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298, USA
T: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

PHT NON-DEHP DEHP

Ne comporte pas de latex de caoutchouc naturel

Dale et ACE Connector sont des marques déposées de Dale Medical Products, Inc. aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni
ENFit est une marque déposée de GEDSA utilisée avec leur permission.
Salem Sump est une marque déposée de Cardinal Health, Inc.
©2024 Dale Medical Products, Inc.

Dale Medical Products